



CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO

LABORATORIO RE 047: MAC GROUP S.R.L.

Nivel de cumplimiento: I

Certificado válido desde¹:

01 de abril de 2026

DOMICILIO: El Tostado 181, Neuquén, Neuquén (8300), Argentina

RESPONSABLE GENERAL: Ing. Alexey Sidenko

El presente Certificado de Reconocimiento se otorga conforme a los requisitos establecidos en el Programa de Reconocimientos para Nivel I.

CALIBRACIONES RECONOCIDAS:

AREA DIMENSIONAL							
Servicios	Campo de medición o régimen operativo	Capacidad de medición y calibración*	Ejecución de la Calibración		Norma / Procedimiento	RECONOCIDO	
			SEDE	CAMPO		DESDE	HASTA
Calibración de Pie de Rey	0 a 300mm 300 a 1000mm	0.014mm 0.019mm	X		MG-PO-43	01-04-2026	VIGENTE
Calibración de Micrómetros de Exterior de 2 contactos	0 a 50mm 50 a 300mm 300 a 500mm 500 a 1000mm	0.002mm 0.005mm 0.008mm 0.0018mm	X		MG-PG-45	01-04-2026	VIGENTE
Calibración de Micrómetros de Interior de 2 contactos	0 a 50mm 50 a 300mm 300 a 500mm 500 a 1000mm	0.002mm 0.005mm 0.008mm 0.018mm	X		MG-PO-46	01-04-2026	VIGENTE

¹ La vigencia del presente Certificado de Reconocimiento deberá ser verificada en la página web del OAA: www.oaa.org.ar



CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO

LABORATORIO RE 047: MAC GROUP S.R.L.

Nivel de cumplimiento: I

AREA PRESIÓN							
Servicios	Campo de medición o régimen operativo	Capacidad de medición y calibración*	Ejecución de la Calibración		Norma / Procedimiento	RECONOCIDO	
			SEDE	CAMPO		DESDE	HASTA
Calibración de Manómetros, Vacuómetros y Manovacúómetros	0 a 3 bar 3 a 30 bar 30 a 700 bar 700 a 2000 bar	0.007 bar 0.032 bar 0.41 bar 4 bar	X		MG-PO-41	01-04-2026	VIGENTE

(*) Es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente del 95% y, a menos que se indique lo contrario, con un factor de cubrimiento k=2.

Gerente Operativo
Organismo Argentino de Acreditación